

Наименование контролируемого показателя	№ Статьи, пункта, приложения ТР ТС 017/2011	Значения параметра		НД на методы испытаний
		По НД	Фактически	
- толуол		не более 0,6 мг/м ³	менее 0,005 мг/м ³	МР 01.023-07
- стирол		не более 0,002 мг/м ³	менее 0,001 мг/м ³	МР 01.023-07
- фенол		не более 0,003 мг/м ³	менее 0,003 мг/м ³	МУК 4.1.1271-03

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ:

Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Диапазон измеряемых показателей
Анализатор жидкости Флюорат 02-3М	Длина волны 200-650 нм
Анализатор изображений АТ-05	От 2 мкм до 100 мкм
Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01	0,3.....180 кВ/м Допустимые пределы погрешности 15 %
Прибор для оценки устойчивости окраски ткани к сухому и мокрому трению МТ 197	Диаметр трущего стержня 1,5 см, нагрузка на стержень 1 кг
Водяная баня	t < 100 °C
Шкаф сушильный электрический ШС-80-01 СПУ	Температура от 50 до 350 °C
Прибор для определения воздухопроницаемости текстильных материалов МТ 160	Диапазон от 2,5 до 4500 дм ³ /м ² с Разрежение под точечной пробой (48±1,96) Сила прижима точечной пробы Н (кгс) 147(15)
Устройство для определения устойчивости окраски к стирке МТ 275	Размеры стаканов для проб 8 шт: диаметр (75±5) мм, высота (125±10) мм, вместимость (550±50) см ³ ; Скорость вращения барабана 40±2 об/мин
Весы аналитические Pioneer 214	0.....210 г.
Термостат ТС-1/80 СПУ	t° окружающей среды..... 60°C ± 4°C
Линейка	300 мм
Приспособление для определения устойчивости окраски к «поту», воде МТ 193	Размер рамы – 11х6 см; Рама из антикоррозийного материала 0.5 кг-2 шт, Груз массой 4 кг
Атомно-абсорбционный спектрофотометр КВАНТ.21	Длина волны блеска 185-1100 нм
Хроматограф газовый «Кристаллюкс-4000М»	Колонка с ПИД детектором. ТИД детектором
Климатическая камера СМ 10/40-120 СФ	t 5 ...90 °C ± 2 влажность 40-98 %
Барометр-анероид М-98	300-810 мм рт. ст.

Руководитель ИЛ

Цымбал М.М.

М.П.

